

Oznaczenie sprawy: PV.01.11.2021.DUSG

Otyń, dnia 19 listopada 2021 roku

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

do zapytania ofertowego pn.: „Dostawa mobilnego cyfrowego aparatu USG”

Na podstawie pkt XII. zapytania ofertowego z dnia 12 listopada 2021 roku VITA Zespół Lekarza Rodzinnego s.c. Elżbieta Tomiak i Wspólnicy poniżej udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści do zapytania ofertowego aparat wyposażony w wbudowany akumulator pozwalający na 70 minut ciągłej pracy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści aparat wyposażony w wbudowany akumulator pozwalający na 70 minut ciągłej pracy.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści do zapytania ofertowego aparat wyposażony w zewnętrzny akumulator pozwalający na 120 minut ciągłej pracy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści aparat wyposażony w zewnętrzny akumulator pozwalający na 120 minut ciągłej pracy.

Jednocześnie w związku z powyższymi odpowiedziami na pytania Zamawiający na podstawie pkt XII zmienia termin składania i otwarcia ofert na:

termin składania ofert: **nie później niż do dnia 24.11.2021 roku do godziny 10:00**

termin otwarcia ofert: **24.11.2021 roku o godzinie 15:00**

Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów podlegają nowemu terminowi.

Niniejsze odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią zapytania ofertowego z dnia 12 listopada 2021 roku i muszą zostać uwzględnione przez Wykonawców przy składaniu oferty.